

Infrarotstrahler Vergleich IRS zu TGS

Medizinprodukt der Klasse IIa - CE0044



IRS 2



TGS 6.2

Vorteile IRS zu TGS

- Reduzierung der laufenden Kosten
 - Geringerer Stromverbrauch
 - Längere Laufzeit der Leuchtmittel
- Kein Leistungsverlust bei häufiger Nutzung
- Photobiologische Sicherheit
 - Bestrahlung unschädlich für Augen der Patienten
- Lichtfilterung deutlich verbessert
 - Keine Erhitzung oder Brennen auf der Haut der Patienten
- Modernes Design

Kostenvergleich IRS zu TGS

Möglicher Gesamtumsatz nach 10 Jahren: 167.500,00 €¹

	Anschaffungs-kosten	Watt (Bestrahlungskapazität)	Kosten Stromverbrauch ²	Ø Lebensdauer Leuchtmittel (in h)	Kosten Ersatzleucht- mittel (Gesamtleuchtmittel)	Gesamtkosten nach 10 Jahren	Ersparnis gegenüber TGS 6.2
IRS	2.320,- €	600	195,- €	5000	122,- €	4.474,- €	2.293,- €
IRS 2	1.650,- €	400	130,- €	5000	82,- €	3.086,- €	3.680,- €
TGS 6.2	1.200,- €	900	293,- €	300	95,- €	6.767,- €	
TGS 3.2	970,- €	450	147,- €	300	48,- €	3.753,- €	

¹ Behandlungskosten 6,70 € je 20 Min; 250 Arbeitstage p.a.; Quelle: Preisliste Physiotherapie der Gesetzlichen Krankenkassen Stand 01. April 2022

² Behandlungsdauer 200 Min pro Tag; 0,42 € je kWh

Technische Änderungen vorbehalten

Ausgabestand: Januar 2023

Heuser Apparatebau GmbH Am Schlagbaum 10 42781 Haan Germany

Tel. +49 (0) 2129-9403-0 Fax +49 (0) 2129-9403-33

www.heuser-haan.de info@heuser-haan.de